



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Г

№ 005075



СЕРТИФИКАТ
соответствия средств измерительной техники
утвержденному типу

№ UA-MI/2p-2731-2008

Выдан 4 декабря 2008 г.
Действителен до 25 апреля 2011 г.

Настоящий сертификат подтверждает, что идентифицированные должным образом теплосчетчики CALMEX N..., POLLUTHERM..., POLLUCOM E, POLLUCOM M, код УКТ ВЭД 9026 80 91 00, которые серийно изготавливаются группой "Sensus Metering Systems", Германия, Словакия, соответствуют утвержденному типу, зарегистрированному в Государственном реестре средств измерительной техники под номером У550-08, а также требованиям ДСТУ EN 1434:2006 и технической документации фирмы-изготовителя.

Сертификат выдан изготовителю решением Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики на основании положительных результатов государственных контрольных испытаний, проведенных Укрметрестстандартом (акт испытаний от 25 апреля 2008 г.).

Изготовитель обязан обеспечить соответствие теплосчетчиков CALMEX N..., POLLUTHERM..., POLLUCOM E, POLLUCOM M утвержденному типу и требованиям нормативных документов, указанных в настоящем сертификате, с учетом гарантийных сроков изготовителя на конкретный образец средств измерительной техники.

Заместитель Председателя



С.Т. Черепков